SUMMARY OF AWM3100V CALIBRATIONS

PC 1 - 12 CF4/ISOBUTANE 80:20 AWM3100V CALIBRATION

MFC	**0**	**10**	**20**	**30**	**50**	**80**	**120**	**CC/MIN**
PCAVG	**1.00**	**1.97**	**2.73**	**3.30**	**4.36**	**5.21**	**5.84**	**VOLTS**
PCSTD	0.0099	0.0421	0.0475	0.0402	0.0375	0.0400	0.0479	
PCSTD%	0.99%	2.14%	1.74%	1.22%	0.86%	0.77%	0.82%	

DC 1 - 44 HELIUM/ISOBUTANE 70:30 AWM3100V CALIBRATION

MFC	**0.0**	**8.8**	**17.7**	**26.2**	**45.1**	**72.3**	**107.6**	**CC/MIN**
DCAVG	**1.02**	**1.24**	**1.48**	**1.72**	**2.24**	**2.85**	**3.44**	**VOLTS**
DCSTD	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
DCSTD%	2.8%	2.6%	2.4%	2.3%	2.0%	1.4%	1.1%	

DC 1 - 44 DME AWM3100V CALIBRATION

MFC	**0**	**10**	**20**	**30**	**50**	**80**	**120**	**CC/MIN**
DCAVG	**1.02**	**1.92**	**2.65**	**3.22**	**4.13**	**5.01**	**5.73**	**VOLTS**
DCSTD	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.07	
DCSTD%	3.5%	2.0%	1.4%	1.1%	1.0%	1.0%	1.3%	